

Alerta N°: 2017-157

REFERENCIA: PS/CV/NA/37852

ALERTA DE PRODUCTOS SANITARIOS

ASUNTO: Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de biberones, tetinas y kits de extracción de leche materna, de un solo uso, esterilizados por óxido de etileno, y fabricados por Beldico S.A, Bélgica, al haber sido liberados antes de finalizar el periodo de desgasificación.

PRODUCTOS AFECTADOS: Biberones, tetinas y kits de extracción de leche materna, de un solo uso, esterilizados por óxido de etileno, y fabricados por Beldico S.A, Bélgica. Ver referencias y lotes afectados en el anexo a la nota de aviso de la empresa.

MENSAJE:

Se ha recibido en la Unidad de Vigilancia de Productos Sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), comunicación de la empresa Beldico S.A., Bélgica, relacionada con la retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de biberones, tetinas y kits de extracción de leche materna, de un solo uso, esterilizados por óxido de etileno, al haber sido liberados antes de finalizar el periodo de desgasificación. Estos productos se distribuyen en España a través de la empresa Medical Sorevan, C/ Calibre, 39, 28400 Collado Villalba, Madrid.

La empresa ha enviado una Nota de Aviso, para informar del problema detectado y de la retirada, a los centros que disponen de los productos afectados en nuestro país, en la que se incluyen las recomendaciones y acciones a seguir por cada uno de ellos.

Madrid, 15 de marzo de 2017

**LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS**



Fdo.: M^a del Carmen Abad Luna

SE ADJUNTA NOTA DE AVISO DE LA EMPRESA