



ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2018-253	REFERENCIA PS/PPR/45256
PRODUCTO Tiras reactivas Accu-Chek Aviva y Accu-Chek Performa	
FINALIDAD PREVISTA Tiras reactivas para la medición cuantitativa de la glucemia en sangre total capilar fresca con el fin de analizar la glucemia con los glucómetros Accu-Chek Aviva y Accu-Chek Performa	
REFERENCIAS Y Nº LOTE AFECTADOS Ver listado de referencias y lotes afectados en el anexo de las notas de aviso de la empresa	
FABRICANTE Roche Diabetes Care GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Roche Diabetes Care S.L., sita en Avenida de la Generalitat 164-166, 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de tiras reactivas Accu-Chek Aviva y Accu-Chek Performa debido a que pueden generar un mayor número de errores tras la inserción de las mismas en el glucómetro o dar resultados sesgados.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa para distribuidores de tiras Accu-Chek Aviva y Accu-Chek Performa• Nota de aviso empresa para distribuidores de tiras Accu-Chek Aviva• Nota de aviso empresa para oficinas de farmacia• Nota de aviso empresa para el profesionales sanitarios• Nota de aviso empresa para el paciente• Anexo – Listado de referencias y lotes• Nota informativa PS, 6/2018	