

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
PRODUCTO FALSIFICADO**

Nº DE ALERTA: 2020-386	REFERENCIA PS/CV/CEL/4159
PRODUCTO Durex Mutual Climax 12 preservativos.	
Nº LOTE 1000329400	
FABRICANTE Reckitt Benckiser Healthcare Ltd, Reino Unido	
DISTRIBUIDOR Reckitt Benckiser Healthcare, S.A., Calle Mataró 28, 08403 Granollers, Barcelona	
ASUNTO Notificación de la detección de unidades falsificadas del lote 1000329400 del producto Durex Mutual Climax 12 preservativos de la empresa Reckitt Benckiser Healthcare Ltd, Reino Unido. La información incluida en el etiquetado de este lote no está en español.	
INFORMACIÓN ADICIONAL <p>Como consecuencia de la investigación llevada a cabo tras la detección en el mercado español de unidades falsificadas del producto Durex Natural Comfort 12 preservativos con número de lote 1000221414 y fecha de caducidad 2024-05, y del producto Durex Dame Placer 12 preservativos con número de lote 1000603437 y fecha de caducidad 2024-05, alertas 2020-249 y 2020-357 y notas informativa PS, 17/2020 y PS,23/2020, también se detectaron otros productos de la marca Durex en cuyo etiquetado la información no estaba en español y en los que no siempre figuraba el marcado CE, por lo que fueron retirados de la venta.</p> <p>Tras los análisis efectuados de los productos remitidos, la empresa Reckitt Benckiser Healthcare, S.A., distribuidor de los productos "Durex" en España, ha confirmado:</p> <ul style="list-style-type: none">• Que todos los productos son genuinos, excepto las unidades del lote 1000329400 del producto "Durex Mutual Climax 12 preservativos".• Que el material de acondicionamiento y el etiquetado del lote 1000329400 del producto falsificado presenta diferencias con respecto al producto original. Además, la fecha de caducidad del producto original es 2021-09, mientras que la fecha de caducidad que muestra el producto falsificado es 2024-07.• Que no ha distribuido estos productos en nuestro país ni tiene relación con la empresa que lo ha hecho.	





DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota informativa de la AEMPS, referencia PS, 28/2020

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Fecha de la firma: 10/07/2020

Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: <https://sede.aemps.gob.es>

Localizador: V Z B P B Z Y 8 5 5



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

Página 2 de 2

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89