

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSO**

Nº DE ALERTA: 2020-438	REFERENCIA PS/CV/NM/4558
PRODUCTO Batas quirúrgicas, gasas quirúrgicas y packs quirúrgicos.	
FABRICANTE Grave View Traders CO. Ltd, No 18, Finance Harbor 4 th Road, Faisalabad, Pakistan.	
REPRESENTANTE EUROPEO DISPOMED, 38 Ru De Bassano, 75008, Paris, Francia.	
ASUNTO Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso. Lo que se comunica a efectos de control de mercado.	
INFORMACIÓN ADICIONAL Datos del certificado CE falso: <ul style="list-style-type: none">• Organismo Notificado y nº de identificación: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)• Número de certificado: G2S.12.06.80763.00• Fabricante: Grave View Traders CO. Ltd• Producto: Batas quirúrgicas, gasas quirúrgicas y packs quirúrgicos.• Fecha de emisión: 26 septiembre 2012• Fecha de caducidad: 25 septiembre 2020 <p>Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación: https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%919/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/</p>	
DOCUMENTOS ADJUNTOS Certificado de marcado CE falso	

