

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS  
CERTIFICADO DE MERCADO CE FALSO**

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2020-449	<b>REFERENCIA</b> PS/CV/NM/4566
<b>PRODUCTO</b> Guantes quirúrgicos de látex y nitrilo estériles.	
<b>FABRICANTE</b> TOP GLOVE Sdn. Bhd, Lot 396, Jalan Mekanikal 2 Nilai 7, Nilai Negari Sembilan, 71800, Malasia.	
<b>ASUNTO</b> Notificación de la falsificación de un certificado de marcado CE para el fabricante TOP GLOVES Sdn. Bhd, en el que se ha producido un cambio en la dirección del fabricante, apareciendo la dirección Lot 396, Jalan Mekanikal 2 Nilai 7, Nilai Negari Sembilan, 71800, Malasia.  Los productos guantes quirúrgicos de látex y nitrilo estériles del fabricante TOP GLOVES cuentan con un certificado de marcado CE válido con número G2.055729.0008 emitido por el Organismo Notificado TÜV SÜD Product Service GmbH (0123) en el que la dirección del fabricante correcta es: Lot4969, Jalan Teratai Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor D.E, Malasia.  Lo que se comunica a efectos de control de mercado.	
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b> Datos del certificado CE falso: <ul style="list-style-type: none"><li>• Organismo Notificado y nº de identificación: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)</li><li>• Número de certificado: G2.055729.0008</li><li>• Fabricante: Top Glove Sdn. Bhd.</li><li>• Producto: Guantes quirúrgicos de látex y nitrilo estériles.</li><li>• Fecha de emisión: 19 febrero 2020</li><li>• Fecha de caducidad: 26 de mayo 2024</li></ul> Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación: <a href="https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%919119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/">https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%919119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/</a>	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS</b> Certificado de marcado CE falso	

