

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSO**

Nº DE ALERTA: 2020-643	REFERENCIA PS/CV/MG/4706
PRODUCTO Mascarillas quirúrgicas y material sanitario desechable. Ver listado adjunto	
FABRICANTE Nombre y dirección no legible, país China	
REPRESENTANTE AUTORIZADO No figura en el certificado	
ASUNTO Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso	
INFORMACIÓN ADICIONAL Datos del certificado CE falso: <ul style="list-style-type: none">• Organismo Notificado y nº de identificación: TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197)• Número de certificado: 0197/DD 60114594 0001• Fabricante: nombre y dirección no legible, país China• Representante autorizado: no figura en el certificado• Distribuidor: Steinberg Marketing GmbH. Kaiserstraße 42, 55116 Mainz, Deutschland• Producto: Mascarillas quirúrgicas y material sanitario desechable. ver listado adjunto• Fecha de emisión: 25 octubre 2016• Fecha de caducidad: 22 octubre 2021 Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación: https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/	
DOCUMENTOS ADJUNTOS <ul style="list-style-type: none">- Certificado de marcado CE falso- Listado de productos afectados	

