

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSO**

Nº DE ALERTA: 2020-644	REFERENCIA PS/CV/MG/4708
PRODUCTO Guantes quirúrgicos estériles y catéteres uretrales estériles de un solo uso	
FABRICANTE Changzhou Yihua Sanitation Material Co., Ltd., No. 160 Zhenlu Town. 213115 Changzhou Jiangsu Province, China	
REPRESENTANTE AUTORIZADO Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburgo, Alemania.	
ASUNTO Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso. Lo que se comunica a efectos de control de mercado.	
INFORMACIÓN ADICIONAL Datos del certificado CE falso: <ul style="list-style-type: none">• Organismo Notificado y nº de identificación: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)• Número de certificado: 0123/G2.14.09.36477.015• Fabricante: Changzhou Yihua Sanitation Material Co., Ltd.• Representante autorizado: Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe)• Producto: Guantes quirúrgicos estériles y catéteres uretrales estériles de un solo uso• Fecha de emisión: 24 noviembre 2014• Fecha de caducidad: 23 noviembre 2019 Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación: https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/	
DOCUMENTOS ADJUNTOS Certificado de marcado CE falso	

