

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS  
 CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSO**

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2020-645	<b>REFERENCIA</b> PS/CV/CEL/4760
<b>PRODUCTO</b> Esponjas de Laparotomía, Gasa en Rollos, Gasa en Zigzag	
<b>FABRICANTE</b> Taizhou Xinzhou Medical Supplies Co., Ltd., West Head of Industrial Concentration Area of Maoshan Town, Xinhua, Jiangsu Province, China	
<b>REPRESENTANTE EUROPEO</b> Shanghai International Holding Corporation Gmbh (Europe), Eiffestrabe 80, 20537 Hamburgo, Alemania	
<b>ASUNTO</b> <p>Notificación de la falsificación de un certificado de marcado CE para el fabricante Taizhou Xinzhou Medical Supplies Co., Ltd en el que se ha producido una ampliación en el alcance de los productos certificados.</p> <p>El fabricante Taizhou Xinzhou Medical Supplies Co., Ltd cuenta con un certificado de marcado CE válido con número G2S 003599 0003 Rev.00 emitido por el Organismo TÜV SÜD Product Service GmbH (0123) en el que el alcance de los productos es únicamente para swabs de gasa y no esponjas de laparotomía, gasa en rollos y gasa en Zigzag.</p> <p>Lo que se comunica a efectos de control de mercado.</p>	
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b> <p>Datos del certificado CE falsificado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organismo Notificado y nº de identificación: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)</li> <li>• Número de certificado: G2S 003599 0003 Rev.00</li> <li>• Producto: Esponjas de laparotomía, gasa en rollos, gasa en Zigzag.</li> <li>• Fecha de emisión: 11 Abril 2019</li> <li>• Fecha de caducidad: 10 Abril 2024</li> </ul> <p>Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación:</p> <p><a href="https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%99119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/">https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%99119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/</a></p>	

