

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2020-692	REFERENCIA PS/SI/63778
PRODUCTO Ventilador VG70	
FINALIDAD PREVISTA El Ventilador VG70 está dirigido al tratamiento de ventilación continua de pacientes y a la monitorización de pacientes con fallo o insuficiencia respiratoria que requieran apoyo respiratorio.	
VERSION SOFTWARE 1.1.9.13/ 1.1.9.80/ 1.1.9.82/ 1.1.9.83/ 1.1.9.87/ 1.1.9.90/ 1.2.9.81/ 1.2.9.86/ 1.2.9.88/ 1.2.9.91	
FABRICANTE BEIJING AEONMED CO., LTD., China	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con los ventiladores de cuidados intensivos VG70 con determinadas versiones de software, debido a la posibilidad de que el flujo suministrado no esté dentro de las especificaciones descritas del dispositivo por falta de compensación del volumen tidal o corriente, ya que estos ventiladores no disponen de un sensor de presión atmosférica incorporado, tal y como se indica de forma incorrecta en sus instrucciones de uso, sino que requieren que se introduzca de manera manual la altitud del centro en el que estén instalados.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa 	

