

### ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2020-673	<b>REFERENCIA</b> PS/CV/CEL/4763
<b>PRODUCTOS</b> Mascarillas Suavel® Protec Plus.	
<b>FABRICANTE</b> Rösner-Mautby Meditrade GmbH, D-83088 Kiefersfelden, Alemania	
<b>ASUNTO</b>  Notificación por parte de las autoridades de Alemania de la detección de unidades falsificadas de las mascarillas Suavel® Protec Plus.  El fabricante del producto original es Meditrade GmbH, Medipark 1, 83088 Kiefersfelden, Alemania el cual ha informado a la autoridades alemanas de la detección en el mercado europeo de mascarillas Suavel® Protec Plus falsificadas en cuyo etiquetado figura como fabricante la empresa Rösner-Mautby Meditrade GmbH, D-83088 Kiefersfelden.  Lo que se comunica a efectos de control de mercado.	
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>  En el etiquetado del producto falsificado, además de los datos del fabricante, se han observado las siguientes diferencias respecto al producto original:  1- Errores tipográfico 2- Ausencia de símbolos relacionados con las condiciones de almacenamiento 3- Ausencia del código de barras.  Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación:  <a href="https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/">https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/</a>	

